

泸县人民医院公卫楼呼叫系统采购项目询价表

公司名称（盖章）：

公司报价时间：

联系人及电话：

价格单位：元

序号	名称	技术要求	功能	商务要求	数量	单位	最高限制单价	单价	总价
1	护士站主机	1. 主体材质为铝合金，耐腐蚀支持医院消毒、清洁； 2. CPU≥8核，主频≥4.0GHz； 3. 具有通话功能：有效无线手柄接听通话距离≥40米，一键免提通话； 4. 存储：≥5G RAM； 5. 具有走廊显示功能：实时显示呼叫信息。	1. 显示病区床位数量、患者姓名、床位号、护理、空床位床位号等； 2. 支持同床头屏设备的语音呼叫对讲或可视呼叫对讲； 3. 触摸按键支持菜单选择，免提通话； 4. 具备走廊显示系统。	1. 有效期的营业执照。 2. 交货时间：签订合同后7日内按要求安装完成并达到使用条件。 3. 付款方式：验收合格后，供应商凭开具发票和验收记录，达到付款条件起 60 日，支付合同总金额的 100.00%。	2	套	11800		
2	护士站看板	1. 屏幕尺寸：≥43寸； 2. 分辨率：≥1920*1080； 3. CPU≥4核，主频≥1.5 GHz； 4. 具有语音播报功能：喇叭功率≥5W； 5. 具有支持视频, 音频接口。	1. 可定制对接患者信息交互系统，生命体征系统的信息展示； 2. 可定制对接其他需求显示的数据界面； 3. 护理人员任务调度排班，交班管理，支持交接班备忘录，护理重点提示，跟踪执行。	4. 验收需满足以下标准，否则验收不合格： 4.1呼叫系统兼容浩然盈科电子床头屏（型号：C129）与床旁屏（型号：C138）。 4.2供应商履行完合同义务，并由供应商提出验收申请之日起30日内组织验收。 4.3所有材料有国家标准且未特别注明的均需符合国家标准。	2	套	10540		
3	POE交换机	1. PoE端口单口最大输出功率≥15W，整机PoE最大输出功率≥60W； 2. PoE供电端口≥8，以太网上联端口≥2； 3. 交换容量≥2GB，包转换率≥1.4Mpps。	支持POE供电，实现数据传输。	4. 3所有材料有国家标准且未特别注明的均需符合国家标准。	48	个	250		
4	网线	超五类网线，铜线直径≥0.5mm，带宽≥100MHZ	数据传输。	5. 质量保证期以签订合同为准，合同质保期至少一年。	3000	米	2		
5	电源盒子	五孔插座	供电220V。		46	个	20		
报价合计		小写：¥ （大写：人民币 ）							

说明：

1. 公司根据询价表报出价格，详细填好本表所需信息并加盖公章，多页的还应加盖骑缝章；本表不能更改（含表格格式），否则报价无效。
2. 报价需包含物资本身、材料费、人工费、装卸、运输、管理费、安装、税费和为完成本项目未预料的费用。
3. 填写说明：本表填写表中空白部分，其它均为实质性要求；单价不能超过最高限制单价，超过最高限制单价响应无效。
4. 本次采购有效报价供应商少于三家，本次询价终止；医院将在相关数据平台查询所有报价人的关联情况，发现有关联的将被认定为无效报价。
5. 本询价表、营业执照、法人授权委托书、法人代表和被授权人代表身份证复印件（法人代表报价不用提供授权委托书和被授权人身份证）、被授权人还需提供近6个月中任1个月社保证明经签字盖章后密封报价。于2025年10月15日10:00之前递交到门诊医技大楼18楼1814室（不接受邮寄）。
6. 本表在泸县人民医院官网向社会公开，请于公告之日起至2025年10月14日在泸县人民医院采购科获取或官网自行下载，联系人、电话及地址：邹先生 0830-8608203 门诊医技大楼18楼1814室。

2025年10月11日